AtriCure®

AtriClip™ LAA Exclusion System with Preloaded Gillino-Cosgrove™ Clip

Instructions for Use

(PRO235, PRO240, PRO245, PRO250)

FIGURE 1



FIGURE 2



FIGURE 3



FIGURE 4



FIGURE 5

FIGURE 6

FIGURE 7



INSTRUCTIONS FOR USE

AtriClip™ LAA Exclusion System with Preloaded Gillino-Cosgrove™ Clip

DESCRIPTION

The AtriClip LAA Exclusion System contains the Gillino-Cosgrove LAA Clip (Clip) for open exclusion of the heart's left atrial appendage (LAA). The Clip is pre-loaded on a disposable Clip applier. The AtriClip LAA Exclusion System with preloaded Gillino-Cosgrove Clip does not contain natural rubber latex components.

ATRICLIP LAA EXCLUSION SYSTEM

NOMENCLATURE (SEE FIGURE 1)

1. Handle
2. Activation Lever
3. Lever Release Trigger
4. End Effector
5. Gillino-Cosgrove LAA Clip
6. Clip Opening Jaws
7. Shaft
8. Up/Down Articulation

CAUTION: BEFORE USING PRODUCT READ THE FOLLOWING INFORMATION THOROUGHLY

IMPORTANT!

This booklet is designed to assist in using this product. It is not a reference to surgical technique.

INDICATION FOR USE

The AtriClip LAA Exclusion System is indicated for the occlusion of the heart's left atrial appendage.

CONTRAINDICATIONS

1. Do not use this device as a contraceptive tubal occlusion device.
2. Do not use this device if the patient has a known allergy to Nitinol (nickel titanium alloy).

WARNINGS

1. Do not attempt to reposition or remove the Clip after deployment. This may result in tissue damage or tearing. Use this device only as intended.
2. Do not use on tissue which, in the opinion of the surgeon, would not be able to tolerate conventional suture materials or conventional tissue techniques (such as surgical stapling).
3. Carefully evaluate Clip position, tissue thickness, and tissue width prior to Clip deployment. To determine appropriate Clip size, refer to the Gillino-Cosgrove Clip Selection Guide. Instructions for the Gillino-Cosgrove Clip. Failure to correctly size or deploy the Clip may result in: tissue trauma, dehiscence, tissue tearing, displacement and/or lack of desired hemostasis.
4. Do not use on a LAA less than 29mm in width and 1.0mm wall thickness.
5. Do not use on a LAA greater than 50mm when tissue is uncompressed.
6. Do not use this device if the patient has sensitivity to Nickel (nickel titanium alloy).

PRECAUTIONS

1. Read all instructions carefully for the AtriClip LAA Exclusion System. Failure to properly follow instructions may result in improper functioning of the device.
2. Use of the device should be limited to properly trained and qualified medical personnel.
3. Note that variations in specific procedures may occur due to individual physician techniques and patient anatomy.
4. Do not drop or toss the device as this may induce damage to the device. If the device is dropped, do not use. Replace with a new device.
5. DO NOT RESTERILIZE. The AtriClip LAA Exclusion System is provided STERILE and is intended for SINGLE use only. Re-sterilization may cause loss of function or injury to patient.
6. Carefully consider any pre-surgical treatment the patient may have undergone and in corresponding selection of Clip size. Preoperative radiotherapy may result in changes to tissue. These changes may, for example, cause the tissue thickness to exceed the indicated range for the selected Clip size.
7. Do not modify this instrument, alter it or a modified device may result in improper instrument function. AtriCure, Inc. makes no claim or representation as to the performance characteristics of this product if any modifications have been made to the AtriClip LAA Exclusion System.
8. Do not kink or excessively bend the shaft as this may affect device performance.
9. Evacuate thoroughly from the LAA prior to Clip application as with other non-conventional LAA occlusion surgical techniques. Evaluating for the presence of thrombus should be done per the surgeon's discretion and standard of care.
10. Position and deploy Clip under direct visualization. Poor visualization may result in suboptimal placement.
11. Take care to minimize manipulation of the LAA and Clip after Clip deployment.
12. It is recommended that the Clip be deployed in a dry field.
13. Do not use the Clip in temperatures below 20°C. Application of the Clip in temperatures below 20 °C may affect device performance.
14. Do not attempt to articulate the End Effector while in the locked position. Forcing the End Effector into the locked position may cause damage to the device.

INSTRUCTIONS FOR USE

Surgeon judgment, with the assistance of the Gillino-Cosgrove Selection Guide, should determine what size Clip to apply.

CLIP SELECTION

Using the Gillino-Cosgrove Selection Guide, determine correct selection of the Gillino-Cosgrove LAA Clip (**See Figure 2**). Clip sizes are located on the device package.

Clip Size	LAA Size Range
35 mm	29 – 35 mm
40 mm	34 – 40 mm
45 mm	39 – 45 mm
50 mm	44 – 50 mm

2. Using sterile technique, remove the AtriClip LAA Exclusion System from its packaging.
3. Using the Activation Lever on the handle, gently open and close the Clip to assure proper function.

CAUTION: Do not open and close the Clip more than 3 times with the activation lever prior to deployment.

ARTICULATION OF END EFFECTOR

4. Pg. pushing down and pulling the Articulation Lock (10) backwards (proximal), the End Effector (4) of the AtriClip LAA Exclusion System may be manually articulated up and down and side-to-side by either the articulation levers or pressing on the end effector. The Clip (5) and End Effector (4) can articulate 30° left or right and 30° up or down to take into account anatomical variations in the patient's anatomy (**See Figure 3**).
5. To lock the End Effector (4) in position, press the Articulation Lock (10) forward.

CLIP POSITIONING

6. Maneuver the AtriClip LAA Exclusion System into the targeted direction plane (**See Figure 4**).
7. Gently open the Clip by squeezing the Activation Lever (2).

NOTE: The Clip automatically locks in the fully open position when it reaches a locking trigger on the handle of the device. The lock can be disengaged by squeezing the Lever Release Trigger (3).

8. Orient the Clip applier with pre-loaded Clip at the tip of LAA with the longer axis of the ends of the Clip pointed away from the LAA.
9. Place the Clip jaws at the base of the LAA (**See Figure 5**).
10. Position the Clip in a manner that provides clear visualization of all tissues being accosted.
11. While the Clip is still affixed to the Clip Deployment Device, verify that no anatomical structures interfere with or are damaged by the Clip, and that the Clip is placed correctly.
12. If the Clip is not placed correctly, gently open the Clip and reposition as needed.
13. After the Clip is positioned correctly, grasp the Activation Lever (2) and depress the Lever Release Trigger (3) and slowly release the Activation Lever (2) to deploy the Clip.

DEPLOYMENT

14. Deploy the Clip by slowly pulling the Deployment Tab (11) at the proximal end of the handle. NOTE: The Deployment Tab (11) with cutaway tabs may be completely removed from the end of the Handle (**See Figure 6**).
15. Unlock the end effector articulation (10) and carefully remove it from the LAA leaving the Clip and attachment suture behind (**See Figure 7**).

Caution: After pulling the Deployment Tab, the AtriClip LAA Exclusion System cannot be used to reposition the Clip.

16. Discard the deployment driver after use. Follow local governing ordinances and recycling plans regarding disposal or recycling of device components.

RETURN OF USED PRODUCT

If for any reason this product must be returned to AtriCure, Inc., a return goods authorization (RGA) number is required from AtriCure, Inc. prior to shipping. If the product has been in contact with blood or body fluids, it must be thoroughly cleaned and disinfected before packing. It should be shipped in either the original carton or an equivalent carton, to prevent damage during shipment; and it should be properly labeled with an RGA number and an indication of the biohazardous nature of the contents of shipment. Instructions for cleaning and materials, including appropriate shipping containers, proper labeling, and an RGA number may be obtained from AtriCure, Inc.

DISCLAIMER STATEMENTS

Users assume responsibility for approving the acceptable condition of this product before it is used, and for ensuring that the product is only used in the manner described in these instructions for use, including, but not limited to, ensuring that the product is not re-used.

Under no circumstances will AtriCure, Inc. be responsible for any incidental, special or consequential loss, damage, or expense, which is the result of the deficiencies or use of this product, including any loss, damage, or expense which is related to personal injury or damage to property.

HANDLING INFORMATION: GILLINO™-COSGROVE LAA CLIP

MRI SAFETY INFORMATION

MR Conditional

Non-clinical testing demonstrated that the ADD1 (Annular Occlusion Device) clip is MR Conditional. A patient with this device can be scanned safely in an MR system immediately after placement under the following conditions:

- Static magnetic field of 1.5 Tesla and 3 Tesla, only
- Maximum spatial gradient magnetic field of 4,000 gauss/cm (40 T/m) (extrapolated) or less
- Maximum MR system reported, whole body averaged specific absorption rate (SAR) of 4 W/kg for 15 minutes of scanning (i.e., per pulse sequence) in the First Level Controlled Operating Mode of operation for the MR system
- Under the scan conditions defined for the ADD1 clip it is expected to produce a maximum temperature rise of 2.9 °C after 15 minutes of continuous scanning (i.e., per pulse sequence).

ARTIFACT INFORMATION

In non-clinical testing, the image artifact caused by the ADD1 Clip extends approximately 10 mm from the ADD1 Clip when imaged using a gradient echo pulse sequence and a 3 Tesla MR system.

FIGURE 6

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Система за изключване на AtriClip™ LAA с предварително заредена щипка Gillino-Cosgrove™

bg

ОПИСАНИЕ

Системата за изключване AtriClip LAA Exclusion System LAA (щипка) за отворена оклузия на ушето на левото предсърдие (left atrial appendage, LAA) на сърцето. Щипката е предварително заредена на одобрен за щипка, предназначен за еднократна употреба. Системата за изключване AtriClip LAA с предварително заредена Gillino-Cosgrove не съдържа компоненти от естествен латекс каучук.

СИСТЕМА ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ ATRICLIP LAA

НОМЕНКЛАТУРА (ВИЖТЕ ФИГУРА 1)

1. Дръжка
2. Работен лост
3. Спуск за освобождаване на лост
4. Краен изпълнителен елемент
5. Щипка Gillino-Cosgrove LAA
6. Челюсти за отваряне на щипка
7. Стрела
8. Щипкане/ниване нагоре/надолу

ВНИМАНИЕ: ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ПРОДУКТА, ПРОЧЕТЕТЕ ИЗЦЯЛО СЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИЯ

ВАЖНО!

Тази брошура е предназначена да подпомогне използването на този продукт. Не е справочен документ за хирургичните техники.

ПОКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

Системата за изключване AtriClip LAA е показана за оклузията на ушето на левото предсърдие.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

1. Не използвайте тоза устройство като устройство за оклузия на тръбите с еякулаторната цел.
2. Не използвайте тоза устройство, ако пациентът има известна алергия към нитинол (никел-титанова сплав).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1. Не се опитвайте да премествате или да махате щипката след поставяне. Това може да доведе до увреждане или разкъсване на тъкан.
   Използвайте тоза устройство само по предназначение.
2. Не използвайте върху тъкани, които, според мнението на хирурга, не биха могли да понасят конвенционалните шевни материали или конвенционални техники на хирургия (като например с хирургичните скобове).
   Внимателно прегледайте позицията на щипката, дебелината на тъканта и ширината на тъканта, преди да поставите щипката. За да определите подходящия размер на щипката, направете справка с Инструкциите за употреба на отворения модел на щипка Gillino-Cosgrove. Неправилният размер или неправилно поставяне на щипката може да доведе до: тъканна травма, дехисценция, разкъсване на тъканта, изместване и/или липса на желаната хемостаза.
   Не използвайте при LAA с ширина под 29 mm и стена на тъканта под 1,0 mm.
   Не използвайте при LAA с ширина над 50 mm при компресирани тъкани.
3. Не използвайте тоза устройство, ако пациентът има чувствителност към никел (никел-титанова сплав).

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

1. Прочетете внимателно всичка инструкция за системата за изключване AtriClip LAA. Неспазването на указанията може да доведе до неправилно функциониране на устройството.
2. Устройството трябва да се използва само от подходящо обучени и правоспособни медицински персонал.
3. Имайте предвид, че са възможни разлики в отделни процедури поради индивидуалните техники на хирурзите и анатомията на пациента.
4. Не изпускайте и не хвърляйте устройството, тъй като това може да причини повреда на устройството. Не използвайте устройството, ако то е изпуснато. Заменете го с друго устройство.
5. НЕ СТЕРИЛИЗИРАЙТЕ ПОВТОРНО. Системата за изключване AtriClip LAA е доставена СТЕРИЛНА и е предназначена само за ЕДНОКРАТНА употреба. Повторната стерилизация може да причини загуба на експлоатационни характеристики или нараняване на пациента.
6. Отчетете внимателно евентуалната предоперативна терапия, която пациентът може да е преминал, и в евентуалния корелиращ избор на съответния размер щипка. Предоперативна лъчетерапия може да доведе до тъканни промени. Въпросните и например причиняват тъканта да надхвърля показания диапазон за избраната размер на щипката.
7. Не променяйте конструкцията на инструмента. Използвайте на модифицирания устройство може да доведе до неправилна работа на инструмента. AtriCure, Inc. не изказва твърдения и декларации по отношение на работните характеристики на този продукт, ако бъдат направени каквито и да било промени по системата за изключване AtriClip LAA.
8. Не усукайте и не огъвайте прекомерно стеблото, тъй като това може да повлияе на работата на устройството.
9. Евакуирайте гръбчо от LAA преди поставянето на щипката, както и при друга обичайна хирургическа техника при оклузия на LAA. Оценката за наличие на тромб може да се извършва по преценка на хирурга и съгласно стандарта за лечение.
10. Разположете и поставете щипката под директна визуализация. Недостатъчна визуализация може да доведе до суболтимално поставяне.
11. Продължете внимателно, за да намалите до минимум манипулациите по LAA и щипката след поставяне на щипката.
12. Препоръчва се щипката да бъде поставена в сух терен.
13. Не използвайте щипката при температури под 20 °C. Поставянето на щипката при температури под 20 °C може да повлияе на работата на устройството.
14. Не се опитвайте да движите крайния изпълнителен елемент, докато е в заключено положение. Това може да доведе до повреда на устройството.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Преценката на хирурга, подпомогната от селекционния водач Gillino-Cosgrove, следва да бъде решаваща при избора на размера на щипката.

ИЗБОР НА ЩИПКА

1. Използвайте селекционния водач Gillino-Cosgrove, за да определите правилния размер на щипката Gillino-Cosgrove LAA (**Виж Фигура 2**). Размерите на щипките са показани на етикетите на устройствата.

Размер на щипката	Диапазон на големината на LAA
35 mm	29 – 35 mm
40 mm	34 – 40 mm
45 mm	39 – 45 mm
50 mm	44 – 50 mm

2. Като използвате стерилна техника, извадете системата за изключване AtriClip LAA от опаковката.
3. С помощта на работния лост на дръжката внимателно отворете и затворете щипката, за да се уверите, че работи правилно.

Внимание: Не отваряйте и затваряйте щипката повече от 3 пъти с работния лост преди поставянето.

ЗАВЪРТАНЕ НА КРАЙНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЕЛЕМЕНТ

4. Чрез натискане и издърпване на заключващия механизъм (10) назад (проксимално) крайният изпълнителен елемент (4) на системата за изключване AtriClip LAA може да бъде ръчно завъртано нагоре и надолу, както и настрани, чрез лостовете на задвижване или чрез натискане на крайния изпълнителен елемент. Щипката (5) и крайният изпълнителен елемент (4) могат да се завъртат на 30° наляво или надясно и на 30° нагоре или надолу в зависимост от анатомията на пациента (**Виж Фигура 3**).
5. За да заключите крайния изпълнителен елемент (4) на позиция, натиснете заключващия механизъм (10) напред.

РАЗПОЛАГАНЕ НА ЩИПКАТА

6. Ориентирайте системата за изключване AtriClip LAA Exclusion System в целевата ориентировъчна равнина (**Виж Фигура 4**).
7. Отворете внимателно щипката, като стискате работния лост (2).

ЗАБЕЛЕЖКА: Щипката се заключва автоматично в напълно отворено положение подобно заключващ стрелка на дръжката на устройството. Заключването може да бъде освободено с натискане на спусъка за освобождаване на лостта (3).

8. Ориентирайте апликатора за щипка с предварително заредената щипка на върха на LAA, като гърлото на щипката е насочено на страната срещаща до сочат частите на LAA.
9. Поставете щипката внимателно в основата на LAA (**Виж Фигура 5**).
10. Разположете щипката така, че да имате ясна видимост към всички тъкани, до които се осъществява достъп.
11. Докато щипката е все още фиксирана към устройството за поставяне, се уверете, че анатомия структури не пречат и не се увреждат от щипката, както и че щипката е разположена правилно.
12. Ако щипката не е разположена правилно, отворете внимателно щипката и преместете разположението според необходимото.
13. След като сте разположили щипката правилно, извадете работния лост (2) и натиснете спусъка за освобождаване на лостта (3), след която бавно освободете работния лост и оставете щипката да се затвори.

ПОСТАВЯНЕ

14. Поставете щипката, като издърпвате бавно фиксиращия палец (11) в проксималния край на дръжката. ЗАБЕЛЕЖКА: Фиксиращият палец (11) със стъпаловити жлеби може да бъде изцяло изваден от края на дръжката (**Виж Фигура 6**).
15. Отключете заключването на крайния изпълнителен елемент (10) и внимателно го отстранете от LAA, като оставите щипката и заварената шева на мястото им (**Виж Фигура 7**).

Внимание: След издърпване на фиксиращия палец системата за изключване AtriClip LAA не може вече да се използва за промяна на позицията на щипката.

16. Ако поставяте устройството за поставяне след използване. Следвайте местните нормативни разпоредби и планове за рециклиране по отношение на изхвърлянето или рециклирането на части на устройства.

ВРЪЩАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНИ ПРОДУКТИ

Ако поради каквато причина продуктът трябва да бъде върнат на AtriCure, Inc., преди изпращането му трябва да се получите и специфициране номер за разрешение стока (RGA) от AtriCure, Inc. Ако продуктът е бил в контакт с кръв или телесни течности, преди опаковането му трябва да бъде щателно почистен и дезинфекциран. Трябва да бъде изпратен или в оригиналната картонена кутия, или в еквивалентна такава, за да се предотврати повреда при транспортирането, като трябва да бъде поставен етикет с RGA номера и обозначение, че пратката е с биологично опасно съдържание. Указания за почистване и материали, включително подходящи транспортни контейнери, точните етикети и RGA номер могат да бъдат получени от AtriCure, Inc.

ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ОТКАЗ

Потребителите носят отговорност за одобряване на приемливото състояние на тоза продукт преди употребата му, както и за тоза да се гарантира, че продукт е използван само по начина, описан в тоза инструкции за употреба, включително, но не само, да се гарантира, че продуктът няма да бъде използван повторно.

При никакви обстоятелства AtriCure, Inc. няма да носи отговорност за случайни, специални или последващи загуби, повреди или разходи, които са резултат от слабостите или използването на тоза продукт, включващи всяка загуба, повреда или разход, свързани с физическото увреждане или материалната загуба.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО МАНИПУЛИРАНЕТО: ЩИПКА GILLINO™-COSGROVE LAA

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ЯМР

Съвместимо с МР при определени условия

Неклинични изследвания с демонстрират, че ADD1 (анулярно-оклузивно устройство) щипката е съвместима с МР при определени условия. Пациент с такова устройство може безопасно да бъде сканиран в МР система непосредствено след поставянето при следните условия:

- Само при статично магнитно поле от 1,5 Тесла и 3 Тесла
- Максимален пространствен градиент на магнитното поле от 4000 gauss/cm (40 T/m) (екстраполиран) или по-малко
- Докладван максимум на МР система, определен относително конфигурация на поглъщане (SAR) за цялото тяло от 4 W/kg за 15 минути сканиране (т.е. на импулсна последователност) в първото ниво на контролиран работен режим от работата на МР системата
- При така посочените условия на сканиране се очаква ADD1 щипката да се нагрее максимално повишение от 2,9 °C след 15 минути непрекъснато сканиране (т.е. на импулсна последователност).

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АРТЕФАКТИТЕ

При неклинични изследвания образният артефакт, предизвикан от ADD1 щипката, се простира на около 10 mm от ADD1 щипката, когато се изгражда градиентна ехо импулсна последователност в МР система с 3 Тесла.

NÁVOD K POUŽITÍ

cs

Systém AtriClip™ pro exklusi zouhlí levé srdeční síně (LAA) s předinstalovanou svorkou Gillino-Cosgrove™

POPIS

Systém AtriClip pro exklusi zouhlí levé srdeční síně (LAA) obsahuje svorku Gillino-Cosgrove LAA (svorka) pro otevřenou exklusi zouhlí levé srdeční síně (LAA) na srdci. Svorka je předinstalována na aplikátoru svorky na jedno použití. Systém AtriClip pro exklusi zouhlí levé srdeční síně s předinstalovanou svorkou Gillino-Cosgrove neobsahuje součásti vyrobené z přírodního latexu.

SYSTÉM ATRICLIP PRO EXKLUZI OUŠKA LEVÉ SRDEČNÍ SÍNĚ

NÁZVY SOUČÁSTÍ (VIZ OBRÁZEK 1.)

1. Rukojeť
2. Aktivační páčka
3. Spouští pro uvolnění páčky
4. Koncový efektor
5. Svorka pro levou srdeční síň Gillino-Cosgrove
6. Čelisti pro otevřenou svorku
7. Hřídel
8. Ohyb nahoru/dolů

UPOZORNĚNÍ: NEZ ZAČNETE POUŽÍVAT TENTO PRODUKT, DŮKLADNĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ INFORMACE

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

Tato brožura má sloužit jako pomůcka při používání produktu. Nejedná se o referenční příručku chirurgických postupů.

INDIKACE PRO POUŽITÍ

Systém AtriClip pro exklusi zouhlí levé srdeční síně (LAA) je indikován pro okluzi zouhlí levé srdeční síně.

KONTRAINDIKACE

1. Tento prostředek nepoužívejte jako antikoncepční prostředek pro okluzi vejovodu.
2. Nepoužívejte tento prostředek, pokud má pacient známou alergii na Nitinol (slitina titanu niklu).

VAROVÁNÍ

Po umístění neodstraňujte svorku přemístit ani vyjmout. Mohlo by dojít k poškození nebo roztržení tkání.
Tento prostředek používejte pouze k účelu, ke kterému je určen.
Nepoužívejte na tkáni, která by podle mínění chirurga nedokázala snášet běžné chirurgické techniky (jako je chirurgická svorka).
Pečlivě zvažte umístění pouzdra, velikost tkáně a šířku tkáně.
Při určování správné velikosti svorky se řiďte návodem k použití svorky Gillino-Cosgrove.
Nesprávném nasazení nebo velikostí svorky nesprávného pouzdra svorky může dojít k poranění tkáně, dehiscenci, roztržení tkáně, posunutí nebo nedostatečnému dosažení hemostázy.
Nepoužívejte na ouše levé srdeční síně (LAA) šířky menší než 29 mm a tloušťkou stěny menší než 1,0 mm.
Nepoužívejte na ouše levé srdeční síně (LAA) se šířkou větší než 50 mm při nestlačené tkáni.
Nepoužívejte tento prostředek, pokud má pacient zvýšenou citlivost na nikl (slitina titanu a niklu).

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Pečlivě si přečtěte veškeré pokyny k systému AtriClip pro exklusi zouhlí levé srdeční síně. Nedodržení těchto doporučených pokynů, nemusí prostředek pracovat správně.
2. Prostředek smí používat pouze lékař vyškolený a kvalifikovaný lékařský personál.
3. Je třeba si uvědomit, že v důsledku individuálních technik lékaře a anatomie pacienta může dojít k odchylkám v konkrétních zákrocích.
4. Nenechte prostředek upadnout, ani s ním neházejte, protože by to mohlo vést k jeho poškození. Pokud prostředek upadne, nepoužívejte jej. Nahraďte jej jiným prostředkem.
5. NESTERILIZUJTE OPAKOVANĚ. Systém AtriClip pro exklusi zouhlí levé srdeční síně se dodává STERILNÍ a je určen pouze na JEDNO POUŽITÍ. Opakovaná sterilizace může způsobit ztrátu funkčnosti nebo zranění pacienta.
6. Pečlivě zvažte veškerou předoperační léčbu, kterou mohl pacient prodělat před tímto chirurgickým zákrokem, a vyberte podle toho odpovídající velikost svorky. Radioterapie před operací může vést ke změnám tkání. Všem těmto změnám může například tloušťka tkáně překročit indikovaný rozsah pro vybranou velikost svorky.
7. Nikdy nevypínejte. Použití upraveného přístroje nebo upraveného nástroje může vyústit v nesprávnou funkci nástroje. AtriCure, Inc. nepřebírá žádné prohlášení ani záruky na funkční charakteristiky tohoto produktu, pokud byly na systému AtriClip pro exklusi zouhlí levé srdeční síně LAA provedeny jakékoli úpravy.
8. Dbát nezlomujte ani příliš nevybujte, protože by to mohlo vést ke výrobku funkci prostředku.
9. Před použitím svorky aktivujte z ouška levé srdeční síně (LAA) tromboz stejně jako v případě jiných konvenčních technik pro okluzi ouška levé srdeční síně (LAA). Posouzení přítomnosti trombu by mělo být provedeno podle rozhodnutí chirurga a standardu péče.
10. Umístěte a nasaďte svorku za přímého pohledu přímé visualizace. Špatná viditelnost může vést k umístění, které nebude optimální.
11. Po zavedení svorky se snažte se minimalizovat nutnost manipulace s oušlem levé srdeční síně (LAA) a svorkou.
12. Svorku se doporučuje zavádět v suchém poli.
13. Nepoužívejte svorku při teplotách nižších než 20 °C. Použití svorky při teplotách nižších než 20 °C může mít vliv na správnou funkci prostředku.
14. Nepokoušejte se ohnout koncový efektor v uzamčené poloze. Použití síly na prostředek v uzamčené poloze může způsobit jeho poškození.

NÁVOD K POUŽITÍ

Veškerá použití svorky je nutné určit na základě úsudku chirurga za pomoci vodítka pro výběr svorky Gillino-Cosgrove.

VÝBĚR SVORKY

1. Kvůrní vyšetření výběru svorky Gillino-Cosgrove pro exklusi ouška levé srdeční síně pouzdře vodítko pro výběr svorky levo srdeční síň Gillino-Cosgrove (**viz obrázek 2**). Velikosti svorek jsou uvedeny na obalu prostředku.

Velikost svorky	Rozsah velikosti ouška levé srdeční síně (LAA)
35 mm	29 – 35 mm
40 mm	34 – 40 mm
45 mm	39 – 45 mm
50 mm	44 – 50 mm

2. Sterilní technikou vyjměte systém AtriClip pro exklusi ouška levé srdeční síně (LAA) z obalu.
3. Aktivační páčku na rukojeti svorky jemně otevřete a zavřete, abyste zkontrolovali, zda správně funguje.

Upozornění: Před zavedením svorky nestvořenéto a nezavírejte aktivační páčku více než třikrát.

ZAVEDNÍ KONCOVÝCH EFEKTŮ

4. Stiskněte zámek dolů (10) a zpět (zatáhněte směrem zpět (proximální) může být koncový efektor (4) systému AtriClip pro exklusi ouška levé srdeční síně ruční nebo ručně nastaveno nahoru a dolů a ze strany na stranu buď pomocí páček ovládajících ovlád nastavení na koncový efektor. Svorka (5) a koncový efektor (4) se mohou otevout o 30° doleva nebo doprava a o 30° nahoru nebo dolů, aby zohodnotily anatomické variace pacienta (**viz obrázek 3**).
5. Pro uzamčení koncového efektoru (4) zatáčte směrem vpřed (10) dopředu.

UMÍSTĚNÍ SVORKY

6. Nasměrujte systém AtriClip pro exklusi ouška levé srdeční síně (LAA) do požadované roviny drodeje (**viz obrázek 4**).
7. Jemně svorku otevřete stlačením aktivační páčky (2).

POZNÁMKA: Svorka se automaticky uzamkne ve zcela otevřené poloze pomocí zarážky (spouště na rukojeti prostředku. Zámek lze uvolnit stisknutím spouště pro uvolnění páčky (3).

8. Umístěte aplikátor svorky s předinstalovanou svorkou na konec ouška levé srdeční síně (LAA) tak, aby otvoryl na konich svorky mířily mimo konec ouška levé srdeční síně.
9. Jemně svorku umístěte ke kořeni ouška levé srdeční síně (LAA) (**viz obrázek 5**).
10. Umístěte svorku tak, aby poskytovala přehlednou vizualizaci všech tkání, ke kterým je přistupuje.
11. Ve svorkou stále připevněnou k zaváděcímu prostředku zkontrolujte, zda svorka nezasahuje do jiných struktur a nepoškozuje je a zda je svorka umístěna správně.
12. Není-li svorka správně umístěna, opatrně ji otevřete a proveďte potřebný přemístění.
13. Po umístění svorky správně uchopte aktivační páčku (2), stiskněte spouště pro uvolnění páčky (3) a pomalu uvolněte aktivační páčku, která umožní zavření svorky.

ZAVEDENÍ

14. Zavedte svorku pomalým tažením zaváděcí chlopně (11) na proximálním konci rukojeti. POZNÁMKA: Zaváděcí chlopeň (11) s ozubenými lamely může být zcela vyjmuta z konce rukojeti (**viz obrázek 6**).
15. Odblokujte oblý koncového efektoru (10) a opatrně jej vyjměte z ouška levé srdeční síně (LAA) a nechte za sebou zavřenou(-é) sponu(-ky) a vlákno (**viz obrázek 7**).

Upozornění: Po vytažení zaváděcí chlopně (11) systém AtriClip pro exklusi ouška levé srdeční síně (LAA).

16. Zaváděcí prostředek po použití vyhoďte. Při likvidaci nebo recyklaci součástí tohoto prostředku postupujte podle místních nařízení a plánů pro recyklaci.

VRÁCENÍ POUŽITÉHO PRODUKTU

Bude-li z jakéhokoli důvodu nutné produkt vrátit společnosti AtriCure, Inc., je třeba před odesláním získat od společnosti AtriCure, Inc. číslo povolení k vrácení zboží (RGA). Pokud byl produkt v kontaktu s tělesnými tekutinami nebo s krevní tekutinou, musí být před zabalením důkladně vyčištěn a vydezinfikován. Je třeba ho odeslat v původní krabici nebo v jiné ekvivalentní krabici, aby se během přepravy nepoškodil. Musí být správně označen RGA číslem a s uvedením povahy obsahu jako nebezpečný materiál. Pokyny týkající se čištění a materiálů, včetně vhodných přepravních krabic, správného označení a čísla RGA, vám poskytne společnost AtriCure, Inc.

PROHLÁŠENÍ O ODMÍTNUTÍ ZÁRUKY

Uživatel nese odpovědnost za ověření stavu tohoto produktu před jeho použitím a za zajištění toho, že produkt bude používán pouze způsobem uvedeným v tomto návodu, včetně například zajištění, že produkt nebude použit opakovaně.

Společnost AtriCure, Inc., se za všech okolností vůči odpovědnosti za jakoukoli nehodovou, zvláštní nebo následnou škodu, ztrátu nebo výdaj v důsledku slabostí nebo nesprávného použití tohoto produktu nebude zodpovídat. Tato škoda, ztráta nebo výdaj v důsledku slabostí nebo nesprávného použití tohoto produktu souvisejí s tělesným poškozením nebo poškozením majetku.

INFORMACE O ZACHÁZENÍ: SVORKA PRO LEVOU SRDEČNÍ SÍŇ GILLINO™-COSGROVE

INFORMACE O BEZPEČNOSTI PŘI POUŽITÍ MAGNETICKÉ REZONANCE

Podmíněně bezpečná/bezpečná v prostředím MR

Neklinické testování prokázalo, že svorka ADD1 (prostředek pro kruhovou okluzi) je podmíněně použitelná při magnetické rezonanci. Pacient s tímto prostředkem může být okamžitě po umístění bezpečně snímán v systému magnetické rezonance za následujících podmínek:

- statické magnetické pole o síle pouze 1,5 T nebo 3 T;
- maximální prostorový gradient magnetického pole 4 000 G/cm (40 T/m) (extrapolováno) nebo nižší;
- maximálním celkovým průměrná míra specifické absorpce (SAR) nahlášená pro systém magnetické rezonance byla 4 W/kg po 15 minutách snímání (tj. na pulzní sekvenci) v Režimu provozovaném prvním režimu provozu pro provozní systému magnetické rezonance;
- při podmínkách snímání definovaných pro svorku ADD1 se očekává maximální nárůst teploty o 2,9 °C po 15 minutách nepřetržitého snímání (tj. na pulzní sekvenci).

INFORMACE O ARTEFAKTECH

Při neklinickém testování se obrazový artefakt způsobený svorkou ADD1 rozšířil přibližně o vzdálenost 10 mm od svorky ADD1 při snímání za použití pulzní sekvence pro velmi gradientního echa a systému magnetické rezonance 3 T.

BRUGSANVISNING

da

AtriClip™ LAA-udelukkelsessystem med formonteret Gillino-Cosgrove™ Clip

BESKRIVELSE

AtriClip LAA-udelukkelsessystem indeholder Gillino-Cosgrove LAA-klemme (klemmen) til åben udskillelse af hjertets venstre auricula atrii (LAA). Klemmen er formonteret på en klemmeanlægger til engangsbrug. AtriClip LAA-udelukkelsessystem med formonteret Gillino-Cosgrove-klemme indeholder ikke komponenter af naturgummilatex.

ATRICLIP LAA-UDELUKKELSESSYSTEM

TERMINOLOGI (SE FIGURE 1)

1. Håndtag
2. Aktiveringspedal
3. Genbudsliner
4. Endeeffektor
5. Gillino-Cosgrove LAA-klemme
6. Kæber til åbning af klemme
7. Skaft
8. Op/ned-artikulation

WORKSHOT: BITTE LESEN SIE VOR DER VERWENDUNG DES PRODUKTS SORGFÄLTIG DIE FOLGENDEN INFORMATIONEN

WICHTIG!

Dieses Handbuch hilft bei der Verwendung dieses Produkts. Es ist keine Referenz für chirurgische Techniken.

ANWENDUNGSGEBIET

Das AtriClip LAA-Verschlusssystem dient dem Verschluss des linken Herzohrs.

KONTRAINDIKATIONEN

1. Verwenden Sie das Produkt nicht zum kontrazeptiven Tubenverschluss.
2. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn eine Allergie des Patienten auf Nitinol (Nickel-Titan-Legierung) bekannt ist.

WARNHINWEIS

Versuchen Sie nicht, den Clip nach der Entfaltung neu zu positionieren oder zu entfernen. Dies kann zu Gewebeschäden oder Rissen führen.
Dieses Gerät nur bestimmungsgemäß verwenden.
Nicht bei Geweben anwenden, die nach Ansicht des Chirurgen nicht für herkömmliche Nahtmaterialien oder herkömmliche Gewebetechniken (z. B. chirurgische Klammern) geeignet sind.
Vor dem Entfalten des Clips die Position des Clips sowie die Gewebedicke und LAA-Breite prüfen.
Um die geeignete Clipgröße zu bestimmen, lesen Sie bitte die Gebrauchsanleitung für die Gillino-Cosgrove-Auswahlhilfe.
Eine fehlerhafte Größenbestimmung oder Entfaltung des Clips kann zu Gewebetrauma, Dehiszenz, Geweberissen, Verschiebungen und/oder Ausbleiben der gewünschten Hämostase führen.
Nicht auf einem LAA mit einer Breite von weniger als 29 mm und einer Wandstärke von weniger als 1,0 mm verwenden.
Nicht auf einem LAA größer als 50 mm (nicht komprimiertes Gewebe) verwenden.
Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn eine Empfindlichkeit des Patienten auf Nickel (Nickel-Titan-Legierung) bekannt ist.

**

AtriCure

CE 2797

⚠ MIRE OPPO

1. Pozíjte pouzdro tak úzce za sestav za ukládju aurikule lijevog atrija AtriClip. Pojedinca neprijetnosti prilikom upotrebe mora biti nepovoljno funkcionirajte proizvoda.
2. Pricvrsti onje upotrebljenih klipsa medicinske svoje - upotrebljavajuće okvirom i kvalifikacijama.
3. Imajte na umu da se kombinirte zahvati mogu izlikovati drug različitih tehnika lijevoga i autonomija pacijenata.
4. Proizvod nemojte izpuštati i ne baci je na mole dovesti do oštećenja proizvoda. Ako sam proizvod izgubite, nemojte ga upotrebljavati. Zamijenite ga novim proizvodom.

5. NEMAGNETI POVRNOU STERILIZIRAJI. Sustav za okluzaju aurikule lijevog atrija AtriClip izpunjuje se STERILAN i nemirnjenje je izdajuće za JEDNOKRATNU UPOTREBU. Ponovna sterilizacija može dovesti do gubitka funkcionalnih prizivnih di izdaje pacijenta.
6. Između ostalo sve postojeća lijevoga atrija kojima je pacijent bio podvrgnut te sakladno tomu odabrete veličinu kopče. Pogrešnjavanje radnetnuja może dovesti do pomjeranja i tkiva. Te pomjerne mogu, primjerice, dovesti do povećanja debljine tkiva iznad nazačetnog zaptnog za odabranu veličinu kopče.
7. Ovaj instrument nemoguće pomjeranje. Upotreba instrumenta koji je bio podvrgnut izmjenama może dovesti do neispravnog rada instrumenta. Društvu AtriCure, Inc. ne daje nikakve tvrdnje ili izjave u vezi s radom instrumenta ako se izvrši izmjena ili se ukloni sa aurikule lijevog atrija AtriClip pomoću bilo kakvim izmjenama.
8. Nemoće uvijati niti pomjerajte sarajet tijela pri te może uzjecati na radne dovedeni pacijenta.
9. Izbacite tromb iz aurikule lijevog atrija prije aplikacije kopče kako bi je to dalje i pri ocalim uzključenim kirurškim tehnikama okružje aurikule lijevog atrija. Izbacivanje tromba może se provesti prema nahođenju kirurga i njegovom normalnu lijevoju.
10. Postavite aplikacije kopče pod izravnim vizualnim nadzorom. Nedostatak vizualni nadzor może dovesti do neoptimalnog postavljanja.
11. Manipulacija aurikulom lijevog atrija i kopčom nakon aplikacije kopče sredite na najmanju moguću mjeru.
12. Preporučuje se da se kopča aplicira na sabu podrožje.
13. Kopča nemoje upotrebljavati pri temperaturama niže od 20 °C. Aplikacija kopči pri temperaturama niže od 20 °C może utjecati na radne značaje proizvoda.
14. Nemoje pokušavati ambulantni kopči jedini element dok je u zaklapanom položaju. Ako se kopča aplicira dok je u zaklapanom položaju, to może dovesti do oštećenja proizvoda.

UPUTE ZA UPORABU

Odabir kopče za aplikaciju provodi se prema nahođenju kirurga i pomoću dizajnerskih sistema AtriClip.

ODABIR KOPČE

1. Odaberite izgrenu kopču Gillíno-Cosgrove za aurikulu lijevog atrija sporednom vodiča za odabir Gillíno-Cosgrove (**pogledajte slika 2**). Nikoline kopči nemoje se koristiti za sljedeće aplikacije:

Veličina kopče	Raspon veličina aurikule lijevog atrija
35 mm	29 – 35 mm
40 mm	34 – 40 mm
45 mm	39 – 45 mm
50 mm	44 – 50 mm

2. Pomjerom stežne tehnike izvadite sustav za okluzaju aurikule lijevog atrija AtriClip iz ambulate.
3. Pomoću aktivacije poluge za ručku pužjeve otvorite i zatvorite kopču da biste zajamčili ispravno sporazumno funkcioniranje.

⚠Oprez: Kopču nemoje prije aplikacije pomoću aktivacijske poluge otvoriti i zatvoriti više od 5 puta.

ARTIKULACIJA KRAJNJU IZVRŠNOG ELEMENTA

4. Kako biste uvjerili da je kopča u potpunosti pomoću ploščaste pomoćnog okolaža za zaklapanje na ručki pužjeve otvorite. Kontrola za zaklapanje sustava za okluzaju aurikule lijevog atrija AtriClip u otvoru artikulatori gore i dole te lijevo i desno pomoću ručica za artikulaciju ili pritiskom na kraju izvrši element. Kopča (S) kraju izvrši element (**pogledajte slika 3**) ne artikulirati 30° lijevo ili desno (T) jer bi u obzir uzele varijacije u anatomiji pacijenta (**pogledajte slika 3**).
5. Da biste aktivirali kopču izvrši element (4), pritisnite kontrola za zaklapanje artikulacije kraju izvrši element.

POSTAVLJANJE KOPČE

6. Postavite sustav za okluzaju aurikule lijevog atrija AtriClip u glavu dosežnika sternuma (**pogledajte slika 4**).
7. Ručjem otvorite kopču kako biste omogućili ulaz aurikule lijevog atrija u kopču.

NAPOMENA: Kopča se automatski zaključava u potpuno otvorenom položaju pomoću okolaža za zaključavanje na ručki pužjeve otvorenja. Kontrola za zaključavanje može se otpustiti pritiskom na okolaža za otpuštanje poluge (S).

8. Izmjerite aplikator kopče s tromboskopi uzgabanom kopčom prema vrhu aurikule lijevog atrija tako da potpuno uzgrnete kopču bude okrenuta suprotno od aurikule lijevog atrija.
9. Pužjeve postavite kopču u podnožje aurikule lijevog atrija (**pogledajte slika 5**).
10. Kopču postavite tako da omogućite dobru vidljivost svih tkiva kojima se primjenjuje.
11. Dok se kopča pričvršćuje na pricvrsti za aplikacija, pobrinite se da okolne strukture ne dodu u dotičaj s kopčom iti da kopča ne nestane iz kuglastog ležaja.
12. Ako kopču nije prvotno postavljena pužjeve, pustite kopču i postavite je u željeni položaj.
13. Nakon prvotnog postavljanja kopče primite aktivacijsku polugu (J) i pritisnite oblačić za otpuštanje poluge (J) te polako otpustite aktivacijsku polugu (J) da biste zaključali kopču.

APLIKACIJA

14. Aplikacijom kopče tako da polako povučete aplikacijski jezičak (11) na prekinutakom kraju ručke. NAPOMENA: aplikacijski jezičak (11) u početnom kabinetu nije u potpunosti ispunjen. Prilikom aplikacije jezičak (11).
15. Oblikujte aplikacijsku kvačicu (vrijeme elemenata (10) i pužjeve za aplikaciju te aplikaciju kopče (aplikacijski kopče) kamac za prikrivčivanje na mjestu (**pogledajte slika 7**).

⚠Oprez: nakon postavljanja aplikacijskog okolaža za zaključavanje aurikule lijevog atrija AtriClip ne može se upotrebljavati za postavljanje kopče na novi pužjeva.

16. Nakon uspoređe pricvrsti za aplikacija obličite u otpud. Pridržavajte se lokalnih mjerodavnih propisa i planova recikliranja i vezi sa zbrinjavanjem i recikliranjem komponenata uređaja.

POVAT OPETOVIELIBRIJEG PRIVOJNOG

Ako se ci bilo kojeg uzetog proizvod mora vratiti društvu AtriCure, Inc., prije slanja potrebno je od društva AtriCure, Inc. zatražiti broj odobrenja za povrat robe (RGA). Ako je proizvod dotaca u dotaćaj s krvlju ili tjelesnim izlučevinama, ili se mora temeljito očistiti i dezinfekcijati prije slanja, proizvod treba ukloniti sa u izvornom pakiranju te dostaviti u pakiranju kako bi se sprečilo ozlijeđe tijekom sporuke. Proizvod je potrebno izprano osnažiti tropim RGA i zakasten vrlo biokide opasnim sredstvom sadržaja jodine. Ispunite i priložite i materijalima, uključujući odgovarajuće sprremnike za slanje, pakiranje oznake i broj RGA, moraju se zatražiti od društva AtriCure, Inc.

IZJAVE O ograničenju odgovornosti

Kontrolu i sa odgovorno da odabire prikladnijeg stanje ovog proizvoda prije njegove operacije te da osigurajo da se proizvod upotrebljava samo na način opisan u ovim uputama, upozorenjima, uključujući, između ostalog, brigu o tome da se proizvod ne upotrebljava ni ne ponovno.

Ne u kojem slučaju društvo AtriCure, Inc. nije odgovorno za bilo kakve izravne, posredne ili posljedične gubitke, štetu ili troškove koji nastanu izravno ili neizravno pogrešno ili ponovno upotrebom ovog proizvoda, uključujući osobito gubitak, štetu ili troškove u vezi s izgubljenim prihodima ili očekivanim imovine.

INFORMACIJE O BIOKEMIJAMA KOPČA GILLINOV-COSGROVE ZA AURIKULU LIJEVOG ATRIJA

OGRANIČENE INFORMACIJE O VEZI SA SNIMANJEM MR-OM

⚠ Dvjetno signum za MR

Neškinim izpolnjavanja pokazalo se da je kopča AO01 (engl. Annular Occlusion Device, pretraznoj pristanak za okluzaju) sigurna signum za MR. Pacijent s tim proizvodom može se signum osimati sustavom za MR uvjetah nakon postavljanja pri sljedećim uvjetima:

- isključivo statičko magnetsko polje od 1,5 tesla i od 3 tesla
- maksimalno polje s maksimalnim prostornim gradijentom od 4000 gauss/cm (40 T/m) (ekstrapolirani di magnitu
- maksimalnim upravljenim specifičnim stopanj apsorpcije za cijelo tijelo (SAR) izmjeren na sustavu za MR od 4 W/kg za 15 minuta snimanja (tj. po impulsnoj sekvenci) u regulaciranom načinu rada prve razine (engl. First Level Controlled Operating Mode) sustava za MR
- pri uvjetima snimanja navedenim za kopču AO01 očekuje se maksimalni porast temperature od 2,9 °C nakon 15 minuta neprekidnog snimanja (tj. po impulsnoj sekvenci).

INFORMACIJE O ARTIFAKTIMA

U neškinižim izpitanjima artefakt su slici koji je prouzročio kopča AO01 protezte se otprilike 10 mm od kopče AO01 prilikom upotrebe impulsne sekvencije gradient eho i sustava za MR od 3 tesla.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

AtriClip™ LAA-lekszakrendszer erre behelyezett Gillíno-Cosgrove™ kapocscsal

ISMERTETÉS

Az AtriClip LAA-lezáró rendszer a szív bal pitvari fülcsúcsát (LAA) hatékony lezárásra szolgáló Gillíno-Cosgrove LAA-kapocst (kapocs) tartalmazza. A kapocs elére be van helyezve egy eldobható kapocsfelrakó-rendszer-rúdcsúcs. Az elére behelyezett Gillíno-Cosgrove-kapocsnak az AtriClip-rendszer szerelése nem tartalmaz termécentes lemezpénzkő kerczít locsmerjék.

ATRICLIP LAA-LEZÁRÓ BERENDSZER

AZ ÖSSZETEVŐK ELNEVEZÉSE (LÁSD AZ1. ÁBRÁT)

1. Markolat
2. Aktiválókar
3. Tartósító ravasz
4. Kezelővég
5. Gillíno-Cosgrove LAA-kapocs
6. Kapocsnyitó gyűrű
7. Szár
8. Fellétel/felső hajlító
9. Balra/jobbra hajlító csukló
10. Csuklótár
11. Felhajozzál!

⚠ FIGYELEM! A TERMÉK HASZNÁLATA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ ALÁBBI INFORMÁCIÓKAT

FONTOS!

Ez a tájékoztató segítséget nyújt a termék használatához. Nem a műtéti technika leírására szolgál.

A HASZNÁLAT JAVALLATA

Az AtriClip LAA-lezáró rendszer a szív bal pitvari fülcsúcsának lezárására javallott.

ELLENJAVALLATOK

- Ha használja az ezt a perkutánt fogamzásgátlás céljából vigyett eltávolítása.
- Ha használja ezt az eszközt, ha a beteg ismertem allergiás a nitinol (nikkel-titán) ötvözetre.

⚠ VIGYÁZAT!

A kapocs felhelyezése után be próbálkozzon az alkalyezésével vagy eltávolításával. Ez a szelvény szükséges az esetleges szükséges kiszakítás.

Csak rendeltetésszerűen használja ezt az eszközt.

Ne használja olyan szelvényen, amelyek a sebész megítélése szerint nem tartalmaz a hagymányos sebészeti varratanyagokat vagy a hagymányos lezárási technikákat (pl.fésűszál a kapocsbehelyezéssel).

A kapocs felhelyezése előtt gondosan ellenőrje a kapocs elhelyezhetőségét, illetve a szelvény szakadásra jó szélességét. A kapocs megfelelő méretű megállapítása: lásd a Gillíno-Cosgrove méretválasztó kapocsokat szabályzó szakaszt.

A kapocs méretének nem megfelelő választása vagy nem megfelelő felhelyezése a kockázatokat okozhatja: szövetszakadás, szövetnekrózis, a szelvények szakadása, az eszköz elmozdulása, illetve a kivált versszakok elmozdulása.

Ne használja, ha az LAA szélessége nem eri el a 29 mm-t vagy a fáluvastagsága az 1,0 mm-t.

Ne használja, ha az LAA szélessége a szelvény bizonyosnál nélkül tőbb mint 50 mm.

Ne használja ezt az eszközt, ha a beteg érzékeny a nikkelre (nikkel-titán ötvözetre).

⚠ ÓVINTÉZKEDÉSEK

1. Gondosan olvassa végig az AtriClip LAA-lezáró rendszerhez tartozó utasítást. Az utasítások megértő betartásának elmulasztása az eszköz nem megfelelő működését okozhatja.
2. Az eszközt csak megfelelő kipesztesel és gyakorlattal rendelkező sebész használja.
3. Vegye figyelembe, hogy az szívben bekövetkezett szívelégtelenség esetén a sebész a sebész által használt technikáktól és a beteg anatómiájától függően.
4. Ne ejtse le és ne hagyja meg az eszközt, mert ez károsíthatja. Ha az eszközt levesett, ne használja. Használjon helyette új eszközt.
5. TISZTÍTÁSRÓL ÉS ÚJRAFELDOLGOZÁSRÓL NEM ÉRVÉNYES. Az AtriClip LAA-lezáró rendszer STERILEN kerül forgalomba, és csak EGYSZERI használatra szánják. Az újraértékelés az eszköz működésképességét vagy a beteg sérülését okozhatja.
6. Vegye figyelembe a betegen a műtét végzett kezelések hatását a kapocs mérettartó megválasztásakor. A műtét előtt végzett szigeletesek hatása megváltoztatja a szívfülke jellemzőit. Ilyen változás például, hogy a szívverés szabályossága megbolydul(ja) a kiválasztott kapocsmérettel alkalmas tartamport.
7. Ne módosítsa azt az eszközt. A módosítás az eszköz nem megfelelő működését okozhatja. Az AtriCure, Inc. nem vállal felelősséget a termék módosítása jelenléban, ha az AtriClip LAA-lezáró rendszert módosítottuk.
8. Ne hívja meg a szívizet, és ne hajlítsa meg túl mélyen, mert ennek az az eszköz elmozdulása lehet az eredménye.
9. A tibbb hagyományos LAA-lezáró műtéti technikákhoz hasonlóan a kapocs felhelyezése előtt távolítsa a thrombust az LAA-ból. A thrombus jelenléthez mérhető ártalmat a szívben megelőzve és a szokásos gyakorlat alapján kell végezni.

⚠ Vorsicht! Ski oval sprog og ikke klemmemuffer eller pressere sinusen med vejledningen uskyldig. A multiti testet nem megfelelő lehetőleg az optimálisat rosszabb betegségek betegszerű eredményt okoznak.

11. Ügyelem arra, hogy a kapocs felhelyezése után lehetőleg ne mozgassa az LAA-t és a kapocsot.
12. Ajánlott a kapocsat szárai testtelen felhelyezni.
13. Ne használja a kapocsot 20 °C-nál alacsonyabb hőmérsékleten. A kapocs 20 °C-nál alacsonyabb hőmérsékleten sok alkalmas szerkezetje az eszköz megsérülhet.
14. Ne kísérelje meg a kezelőszerkezet csukláját megszúrni, amíg az szerkezet bezárva van. Ha erőltetik a csukló megszúrt, a kapocs elsősorban helyszínen szét van, károsodhat az eszköz.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1. Válja ki a megfelelő méretű kapocsot a Gillíno-Cosgrove LAA-kapocsméretválasztó eszközt az LAA csúcsához, úgy, hogy a kapocs végén szálakban hurkok az LAA-szél tövéhez szorja helyszínnek.
2. Ha szükséges, az LAA-szél tövéhez szorja helyszínnek.
3. Az LAA-szél tövéhez szorja helyszínnek.
4. Az LAA-szél tövéhez szorja helyszínnek.
5. Az LAA-szél tövéhez szorja helyszínnek.
6. Az LAA-szél tövéhez szorja helyszínnek.
7. Az LAA-szél tövéhez szorja helyszínnek.
8. Az LAA-szél tövéhez szorja helyszínnek.
9. Az LAA-szél tövéhez szorja helyszínnek.
10. Az LAA-szél tövéhez szorja helyszínnek.
11. Az LAA-szél tövéhez szorja helyszínnek.

ÁTRAGÁSA

Szünnap „AtriClip LAA Exclusion System" nadoujmam „Gillíno-Cosgrove LAA-kapocs" (kapocsnak) kaviejo prednjeline ayrtés LAA) atrioja okluzijai. Spasotkaci iš anksto ištrėsa j vienkartinę spasotkaso taikymo ūsteą „AtriClip LAA Exclusion System" su iš anksto jėtrtu „Gillíno-Cosgrove Clip" sudėtyje nėra komponentų, ir jis yra sukurtas taikyti vienkartinio naudojimo sąlygomis.

SUDEDAMOSIOS DALYS (ŽR.1 PAV.)

1. Rankena
2. Aktyvinimo svirtelė
3. Svirtelės atleidimo mygtukas
4. Galinis elektrinis
5. „Gillíno-Cosgrove LAA Clip" kapocs
6. Spausdtuko atidarymo grėbtuvai
7. Kotas
8. Viršutinis judėjimas / vėrlių ir apačių

⚠ DĖMESIO. PRIEŠ NAUDODAMI GAMINĮ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE TOLIAU PATEIKTĄ INFORMACIJĄ SVARBIŲ

Šis šešdinos paskirtis – padėti naudoti gamini. Jis nera chirurginių metodų žinynas.

INDIKACIJOS

Sistema „AtriClip LAA Exclusion System" skirta kairiojo prieširdžio ausytės okluzijai.

KONTRAINDIKACIJOS

1. Pietarao nenaudokite kajo kontraceptyvės kiaušinėlių okliuzijos priemonės.
2. Pietarao nenaudokite, jeigu žinoma, kad pacientas alergiškas nitinoliui (nikelio ir titano lydiniui).

SISTEMA IŠ EKSCLUSION LAA ATRICLIP

NOMENCLATURA (VEIDERE LA FIGURA 1)

1. Rankena
2. Levetta di attivazione
3. Dispositivo di rilascio levetta
4. Effettore terminale
5. Clip LAA Gillíno-Cosgrove
6. Gancio di apertura Clip
7. Asta
8. Articolazione su/giù

⚠ ATTENZIONE!

Uzštės spasotkaso neminėjote perkeitę (kitą vietą arba naują), nes antrąjį apib ūsti pažeisti arba gėlėti audinai.

Nenaudokite ant audinio, kuris chirurgo nuomone, neatitinka įprastinių chirurginių siūlų medžiagų arba gydymui taikomų metodų (pavyzdžiui, sakalnemo chirurginės sankabos).

Prieš uždėdami spasotkaso ūsteą atidžiai peržiūrėk spasotkaso padėtį, audinų tinį ir gėlėj.

Tinkamai nenustačius spasotkaso ūsteą, kai kuriais atvejais gali kilti kraujo ir audinių audinių traumų, deformacija, bėdi gelbės arba pasireikšti audinai ir (arba) nebėti pasiekta reikiama hemostazė.

Nenaudoke ant LAA, kuris plėstu maždaug 3x2 mm, o siaurėsis storis – 1,0 mm.

Nenaudoke ant LAA, kuriame yra trombas.

Pietarao nenaudokite, jeigu žinoma apie padėdėjusį jaučiantį pažeistą nikelio (nikelio ir titano lydinį).

⚠ ATSARGIO PRIEMONĖS

1. Atidžiai perskaitykite visus „AtriClip LAA Exclusion System" instrukcijas. Tinkamai neišlaikant instrukcijų pirtatyas galėsi sekti netinkamai.
2. Pietarao naudoti tik tinkamai išmokytus ir kvalifikuotus medicinos personalą.
3. Palyminta, kad dėl kiekvieno gydytojo taikomų metodų ir pacientai anatomijos ytarimo konkrečios procedūros galėsi kiek tekti skirtis.
4. Pietarao nenaudoke ir nemėginkite, nes antrąsp ūs gali būti sugadinti. Jeigu pietarao mažiausi, jo nenaudoke. Pakeiskite naują pietarao.
5. NESTERILIZUOTI NAKARTOTINAI. „AtriClip LAA Exclusion System" tiekiama STERILI ir skirta naudoti tik VIENĄ KARTĄ. Pakartotinai sterilizuojant gali nuototi veikti pietarao arba būti sukiotas pacientui.
6. Atidžiai išsiaiškinę visas anksčiau pacientui atliktas chirurgines procedūras, ren nus ja laip gal pati prikiausyti spasotkaso dydžio parinkimas. Dėl pirtaujančios spėdulinės treniojos galėi būti audinių pokyčių, pavyzdžiui, audinio tinio galėi sumažėjęs intensyvią, tinkamą spasotkaso dydžio spasotkaso.
7. Tuo pietarao nemoduokite. Modifikuotas pietarao galėi veikti netinkamai. Jeigu „AtriClip LAA Exclusion System" buvo bet kokia būdu modifikuota, „AtriCure, Inc." teigtikimą ir teoretiškai garantuoja gamino veikimo saugumą.
8. Ketu nesuspaudę prietaisą nesuleidinkc, net ir pagal sąlygą, pirma ir esant ribotadiu ūsteą ūsteą galėi.
9. Kaip ir taikydami kitus pacientams LA okliuzijos chirurgines metodus, prieš uždėdami spasotkaą iš LAA pašalinkite trombus. Trombą bandoma bėdi pašalinti prieš taikant spasotkaą, pirma ir esant ribotadiu ūsteą ūsteą galėi.
10. Teisingai vizualiai stebėdami nustatykite spasotkaso padėtį ir jį uždėkite. Esant pratiam mutomumui spasotkaus markeriaus sąs ūsteą galėi sukelti kaip reikėtų.
11. Užtikrinę spasotkaą ūsteą kitas kaulas manipuliuoti LAA ir spasotkaso.
12. Rekomendojama spasotkaą uždėti saunaw laako.
13. Spasotkas nenaudoke temperatūr žemiau kaip 20 °C temperatūrose. Temperatūr žemiau kaip 20 °C temperatūrose dedant spasotkaą galėi pasiekti netinkamą.
14. Nemėginkite spasotkaą galima ekstoriaus, kai jis yra užfiksuotoje padėtyje. Užfiksuotoje padėtyje takšnai jeg galėi būti sugadintas prietaisas.

RAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dedamo spasotkaso dydis nustatomas chirurgo gomeinu, kaip papaišinę priemonę naudojant „Gillíno-Cosgrove Selection Guide".

SPASTUSKO PARINKIMAS

1. Naudodami „Gillíno-Cosgrove Selection Guide" parinkite tinkamą „Gillíno-Cosgrove LAA Clip" dydį (**žr. 2 pav.**). Spasotkaso ūsteą ūsteą galėi pasirinkti arba pietarao pakeisti.

Spastukas	LAA dydžio intervalas
35 mm	29 – 35 mm
40 mm	34 – 40 mm
45 mm	39 – 45 mm
50 mm	44 – 50 mm

2. Stenliu bidai išmėtė „AtriClip LAA Exclusion System" iš pakuotės.
3. Rankenoje esančia aktyvinio svirtelė atsargiai atsiginkite ir uždėkite spasotkaą, taip įsitikinkami, kad jis tinkamai vietoje.

⚠ Dėmesio. Prieš uždėmsi spasotkaą aktyvinimo svirtelė atsidėjęs ir uždėjęs ne daugiau kaip 3 kartus.

GALINIO EFEKTORIAUS LANKSTINIO SUDĖJIMAS

4. Naopaudos ir patraukos laikiklis fiksatoriu (10) atsjai (prekinamkiaja kirpstmi), galinę lankstinio mechanizmo svirtelemis atna naopaudos galę efektoriaus sankloną bidai galėi. Efektoriaus galinę lankstinio mechanizmo galėi ūsteą ūsteą galėi ūsteą ūsteą galėi ūsteą ūsteą

AtriCure®

CE 2797

UNIETSENIE SVORKY

6. Nastavte systém na eskláziu LAA AtriClip do cieľovej roviny disekcie (**pozri obrázok 4**).
7. Opatrne otvorte svorku otáčením aktivačnej páky (2).

POZNÁMKA: Svorka sa automaticky zablokuje v ďalej otvorenej polohe pomocou blokovacieho spúšťača na rukoväti pomôcky. Blokovanie možno deaktivovať otáčením spúšťača uvoľnenia páky (3).

8. Nasmerujte aplikátor svorky z predtrénilovanou svorkou na špičku LAA so sklíčkami na koncoch svorky nasmerovanými mimo LAA.
9. Zlahka umiestnite svorku na spodok LAA (**pozri obrázok 5**).
10. Umiestnite svorku tak, aby umožnivala jasnú vizualizáciu vlnitých tkanív, ku ktorým pristupujete.
11. Kým je svorka pripravená k zavádzaniu pomôcok, skontrolujte, či je) nebránia žiadne okolité štruktúry v pohybe, resp. či ich svorka nemôže poškodiť a či je svorka v správnej polohe.
12. Ak svorka nie je v správnej polohe, opatrne otvorte otvorte a podľa potreby ju premiestnite.
13. Keď je svorka v správnej polohe, uchopte aktivačnú páku (2) a otlačte spúšťač uvoľnenia páky (3) a pomaly uvoľnite aktivačnú páku, čím umožníte zatvorenie svorky.

ZAVEDENIE

14. Zavedte svorku pomalým tlakom zavádzacieho jazýčka (111) na proximálnom konci rukoväti. POZNÁMKA: Zavádzací jazýček (111) s vorkovými káblami sa dá z konca rukoväti úplne odstrániť (**pozri obrázok 6**).
15. Odblokujte ohyb koncového efektora (10) a opatrne ho odstráňte z LAA, pričom svorka a prípajací steň zostanú na mieste (**pozri obrázok 7**).

⚠ **Upozornenie:** Pre vytiahnutí zavádzacieho jazýčka sa systém na eskláziu LAA AtriClip nedá použiť na premiestnenie svorky.

16. Zavádzacia pomôcka po použití zahoďte. Dodržiavajte miestne platné nariadenia a recyklačné plány súvisiace s likvidáciou alebo recykláciou súčastí pomôcok.

VRÁTENIE POUŽITÉHO PRODUKTU

Ak sa tento produkt z akýchkoľvek dôvodu musí vrátiť spoločnosti AtriCure, Inc., pred jeho odoslaním je potrebné spoločnosť AtriCure, Inc. požiadať o čísla autorizácie návratu tovaru (RGA). Ak bol produkt v kontakte s krvou alebo telesnými tekutinami, musí sa pred zabalením dôkladne vyčistiť a vydezinfikovať. Mal by sa pravidel balí v originálnej škatuli alebo ekvivalentnej škatuli, aby sa predišlo poškodeniu počas prepravy, a mal by byť riadne označený číslom RGA a štítkom označujúcim biologickú nebezpečnú povahu obsahu zásielky. Pokyny k čisteniu a materiálom, vrátane vhodných prepravných kontajnerov, nájdete značenia a čísla RGA možno získať od spoločnosti AtriCure, Inc.

VYHLÁSENIA O OBMEDZENÝCH ZODPOVEDNOSTIACH

Používateľ/ka nesú zodpovednosť za schválenie prijateľného stavu tohto produktu pred jeho použitím a za zabezpečenie, že produkt sa používa len spôsobom popisaným v tomto návode na použitie, vrátane, no nielen, zabezpečenia, že produkt sa nebude používať opakovane.

Spoločnosť AtriCure, Inc. nie je za žiadnych okolností zodpovedná za akékoľvek náhodné, zvláštne alebo následné straty, škody alebo výdavky, ktoré by boli spôsobené úmyselným nesprávnym použitím alebo opakovaným použitím tohto produktu, vrátane akejkoľvek straty, škody alebo výdavkov, ktoré vznikla v prospech osôb alebo škodami na majetku.

INFORMÁCIE O MANIPULÁCII: SVORKA GILLINOV-COSGROVE LAA

INFORMÁCIE O BEZPEČNOSTI MRI

Vhodné na magnetickú rezonanciu za určitých podmienok

Neklinické testovanie ukázalo, že svorka AOD1 (Protrencová oklúzna pomôcka) sa môže použiť v MR za určitých podmienok. Pacienta s touto pomôckou možno bezpečne vismať v MR systéme *ihned po* zavedení za nasledujúcich podmienok:

- len statické magnetické pole 1,5 Tesla a 3 Tesla,
- maximálny priestorový gradient magnetického poľa 4000 gauss/cm (40 T/m) (extrapolovaný) alebo nižší,
- maximálna celostená zmenená špecifická miera absorpcie (SAR) udávaná pre system MR 4 W/kg počas 15 minút snímania (1), na jednu pulznú sekvenciu) v pracovnom režime pre) úrovne celálasia prevádzky systému MR,
- za podmienok snímania definovaných pre svorku AOD1, pri ktorých sa očakáva maximálne spôsobené zvýšenie teploty 2,9 °C po 15 minútach nepretržitého snímania (1), na jednu pulznú sekvenciu).

INFORMÁCIE O ARTEFAKTOCH

V neklinickom testovaní dosahovali obrazové artefakty spôsobené svorkou AOD1 približne do vzdialenosti 10 mm od svorky AOD1 pri snímkovaní s pulznou sekvenciou s gradientovým echom v systéme MR s výkonom 3 Tesla.

NAVODILA ZA UPORABO

SI

Sistem za izključitev avrikule levega atrija (LAA) AtriClip™ z nameščeno sponko Gillinov-Cosgrove™

OPIS

Sistem za izključitev LAA AtriClip vsebuje sponko Gillinov-Cosgrove (sponka) za odprto okluzijo avrikule levega atrija (LAA – left atrial appendage). Sponka je nameščena v aplikator sponke za enkratno uporabo. Sistem za izključitev LAA AtriClip z nameščeno sponko Gillinov-Cosgrove ne vsebuje sestavnih delov iz lateksa naravnega kavčuka.

SISTEM ZA IZKLJUČITEV LAA ATRICLIP

NOMENKLATURA (GLEJTE SLIKO 1)

1. Ročaj
2. Sprožilna ročica
3. Sprožilec za sproščanje ročice
4. Konica efektor
5. Sponka za LAA Gillinov-Cosgrove
6. Čeljust za odpiranje sponke
7. Kanal
8. Upogibanje navodel/navzgor
9. Upogibanje v levo/desno
10. Zaklep upogibanja
11. Jezička za nameščtev

⚠ **POZOR: PRED UPORABO IZDELKA PAZLJIVO PREBERITE NASLEDNJE INFORMACIJE**

POMEMBNO!

Ta knjižica je zasnovana za pomoč pri uporabi izdelka in ni opis kirurških tehnik.

INDIKACIJE ZA UPORABO

Sistem za izključitev LAA AtriClip je indiciran za okluzijo avrikule levega atrija.

KONTRAINDIKACIJE

1. Tega pripomočka ne uporabljajte za kontraceptivno okluzijo jajrovodov.
2. Tega pripomočka ne uporabljajte, če ste bolnik znan alergija na nitinol (zlitina niklja in titana).

⚠ **OPOZORILA** ⚠

Sponko je nameščtev ne poskušajte prestaviti ali odstraniti. To lahko povzroči poškodbo ali raztrganino tkiva. Ta pripomoček uporabljajte samo za predvideno namen.

Ne uporabljajte na tkivu, ki je preveliko kirurga ne to prevelik obsijajoh materialov za izvajanje ali obiščajoh tehnik zapiranja (na primer uporabe kirurških sponk).

Pred namestitvijo Sipuhle natančno uzemlje poldaja Sipuhle bo debelino in širino tkiva. Če ZELIŠE dolžcite ustrezno velikost Sipuhle, glejte navodila za izbiro Sipuhle Gillinov-Cosgrove. Izbira neustrezne velikosti ali napaka pri namestjanju Sipuhle lahko pocenci poškodbo tkiva, dehiscenco, raztrganje tkiva, premik ali ali pomanjkanje žetene hemostaze.

Ne uporabljajte na LAA (avrikula levega predrešeta), katere širina je manjša od 29 mm, tkiva pa je tanjša od 1,0 mm.

Ne uporabljajte na LAA (avrikula levega predrešeta), katere širina je večja od 50 mm, ć= tkiva ni otnjena. Tega pripomočka ne uporabljajte, ćr je bolnik preobčutljiv za nikelj (zlitina niklja in titana).

⚠ **PREVIDNOSTNI UKREPI**

1. Natančno preberite vsa navodila za uporabo sistema za izključitev LAA AtriClip. Neupoštevanje navodil lahko privede do nepravilnega delovanja pripomočka.
2. Pripomoček lahko uporabljaj samo ustrezno usposobljeno in kvalificirano medicinsko osebje.
3. Zaradi razlik med tehnikami zdravnikov in razlik v anatomiji bolnikov se lahko pojavijo razlike med posameznimi posegi.
4. Pripomoček vam ne sme pasti in ga ne smete metati, saj se lahko poškoduje. Ćr pripomoček pade z višine, ga ne uporabljajte. Zamenjajte ga z novim pripomočkom.
5. NE STERILIZIRATE ZNOVA. Sistem za izključitev LAA AtriClip je na voljo STERILEN in je namenjen samo ENKRATNI uporabi. Ponovna sterilizacija lahko privede do napake delovanja ali telesne poškodbe bolnika.
6. Sklepni penzulta vsa zdravstvena pred posegom, ki jih je bolnik uporabil, in izbero ustrezne velikosti Sipuhle. Predoperativna radioterapija lahko pocenci spremembe tkiva. Se spremembe lahko na primer pocenci/ju, da debelina tkiva preseže dovoljeno obsesjo za izbrano velikost Sipuhle.
7. Instrumenta ne spreminjajte. Uporaba spremenjenega pripomočka lahko pocenci njegovo nepravilno delovanje. Zlužba AtriCure, Inc. ne zagovarja navedb ali pozzaunitev v zvezi z zmogljivostjo tega izdelka, ćr je bila na sistemu za izključitev LAA AtriClip izvedena kakršna koli sprememba.
8. Kanala ne zvijajte ali pretiravo upogibajte, ker lahko to vpliva na delovanje pripomočka.
9. Strelek odstranite iz LAA pred namestitvijo Sipuhle kot pri drugih običajnih kirurških tehnikah okluzije LAA. Dosmpanje prisotnosti strelka kirurg oprasi po presogi in standardih ozkže.
10. Sipuhle nameščtv in sprostite ob nepovedenem opazovanju. Neustrezno popolno lahko pocenci neustrezno nameščtev.
11. Pa nameščtiv Sipuhle pazite, da boste LAA in Sipuhlo čim manj manipulirali.
12. Prepovedjve ps, da Sipuhlo sprostite v suho polje.
13. Sipuhle ne uporabljajte pri temperaturah pod 20 °C. Uporaba Sipuhle pri temperaturah pod 20 °C lahko vpliva na delovanje pripomočka.
14. Ne poskušajte odklopati končnega efektorja, ko je v zaklenjenem položaju. Uporaba sile v zaklenjenem položaju lahko pocenci poškodbo pripomočka.

NAVODILA ZA UPORABO

Izbira velikosti Sipuhle je po presoji kirurga s pomočjo medota za izbiro pripomočka Gillinov-Cosgrove.

IZBIRA ŠČIPALK

1. S pomočjo modela za izbor pripomočka Gillinov-Cosgrove dobičte pravilno izbiro Sipuhle Gillinov-Cosgrove LAA (**glejte sliko 2**). Velikosti Sipuhle so na embalaži pripomočka.

Velikost Sipuhle	Razpon velikosti LAA
35 mm	29–35 mm
40 mm	34–40 mm
45 mm	39–45 mm
50 mm	44–50 mm

2. S sterilno tehniko vzemite sistem za izključitev LAA AtriClip iz ovojnine.
3. Sponžilno ročico na ročaju ročno odprite in zaprite Sipuhlo, da preverite pravilnost delovanja.

⚠ **Svarilo:** Pred namestitvijo Sipuhle s sponžilno ročico ne odprite in zaprite več kot 3 krat.

PREMIKANJE KONČNEGA EFEKTORJA

4. S potiskanje zaklepa upogibanja (10) navodel in nigrovim vlečenjem nazaj (proksimalno) je mogoče končni efektor (4) sistema za izključevanje LAA AtriClip ročno upogniti navzgor in navzdol ter levo in desno, pri čemer se upogiba močci za premikanje ali pritisk končnega efektorja. Sipuhlo (5) in končni efektor (4) se lahko upogneta za 30° v levo in desno ter 30° navzgor in navzdol, kar omogoča prilagajanje glede na bolnikove anatomske posebnosti (**glejte sliko 3**).
5. Čr želite končni efektor (4) zakleniti na mestu, pritisnite zaklep upogibanja (10) nazaj.

NAMEŠČANJE ŠČIPALK

6. Sistem za izključitev LAA AtriClip premaknite do ciljne disekcijske ravnine (**glejte sliko 4**).
7. Sipuhlo previdno odprite tako, da pritisnete ročico za aktivacijo (2).

OPOMBA: Sipuhla se samodejno zaklene v popolnoma odprtem položaju s funkcijo zaklepnega sprožilca na ročaju pripomočka. Zaklep se lahko sprosti s pritiskom sprožilca za sproščanje ročice (3).

8. Aplikator Sipuhle z nameščeno Sipuhlo usmerite proti konici LAA, tako da so zavke na koncih Sipuhle usmerjene stran od LAA.
9. Sipuhlo nežno namestite na bazo LAA (**glejte sliko 5**).
10. Sipuhlo namestite tako, da lahko jasno vizualizirate vas tkiva, do katerih dostopate.
11. Ko je Sipuhla le nežno pritrjena na pripomočk za nameščtev, se prepričajte, da nobena okolška struktura ne ovira Sipuhle oz. je Sipuhla ni poškodovala in da je Sipuhla pravilno nameščena.
12. Čr Sipuhla ni nameščena pravilno, jo previdno odprite in premestite, kot je potrebno.
13. Ko je Sipuhla pravilno nameščena, pritisite aktivacijsko ročico (2) in pritisnite sprožilec za sproščtev ročice (3) ter počasi sprožite aktivacijsko ročico, da se Sipuhla zapre.

NAMEŠČITEV

14. Sipuhlo namestite tako, da počasi povlečete jezička za namestitev (11) na proksimalnem koncu ročaja. OPOMBA: jezички za namestitev (11) z pričlenčnimi lahko popolnoma odstranite s konca ročaja (**glejte sliko 6**).
15. Odklenite gibanje končnega efektorja (10) in ga previdno odstranite iz LAA, pri čemer pustite Sipuhlo in pritrdilno sutno nameščeni (**glejte sliko 7**).

⚠ **Svarilo:** Ko povlečete jezички za namestitev, sistema za izključitev LAA AtriClip ni mogoče uporabiti za prestavitev Sipuhle.

16. Pripomoček za namestitev po uporabi zavrzite. Pri odstranjevanju ali recikliranju sestavnih delov pripomočka upoštevajte lokalne predpise in sheme za reciklaranje.

VRAČILO UPORABLJENEGA IZDELKA

Čr morate iz izdelek zaradi kakršnega koli razloga vrniti družbi AtriCure, Inc., morate od družbe AtriCure, Inc. pred pošiljanjem pridobiti številko dovoljenja za vračilo blaga (RGA – return goods authorization). Čr je bil izdelek v stiku s krvjo ali telesnimi tekočinami, ga morate pred pakiranjem temeljito očistiti in razkužiti. Prešlati ga morate v originalni škatli ali enakovredni škatli, da prepečite poškodbe med prevozom. Poleg tega mora biti pošiljka pravilno označena s številko RGA in navedbo biološke nevarnosti vsebine pošiljke. Navodila za čiščenje in materiale, vključno z ustreznimi zabojniki za prešiljanje, pravilno označbo in številko RGA, lahko dobite pri družbi AtriCure, Inc.

IZJAVA O ZAVRNITVI ODGOVORNOSTI

Uporabniki prevzemajo odgovornost za odobritev sprejemljivega stanja tega izdelka pred njegovo uporabo in za zagotavljanje, da se izdelek uporablja samo na način, opisan v tem navodilu za uporabo, med drugim za zagotavljanje, da se izdelek ne uporabi ponovno.

Pod nobenim pogojem družba AtriCure, Inc. ne bo odgovorna za kakršno koli nenamerno, posebno ali posledično izgubo, škodo ali stroške, ki so posledica namerne napačne uporabe ali ponovne uporabe tega izdelka, vključno z izgubo, škodo ali stroški, ki so povzročani s tekmo poškodbo ali materialno škodo.

POSEBNO O KIRURGU: ŠČIPALKA ZA LAA GILLINOV-COSGROVE

INFORMACIJE O VARNOSTI PRI MAGNETNORESONANČNEM SLIKANJU

Pogojno varno pri magnetnoresonančnem slikanju

Neklinični testi so pokazali, da je Sipuhla AOD1 (ameriški pripomoček) pogojno varna pri magnetnoresonančnem slikanju. Bolnika s tem pripomočkom lahko varno slikate v magnetnoresonančnem sistemu takoj po namestitvi pod naslednjimi pogoji:

- statično magnetno polje samo 1,5 tesla in 3 tesla,
- največje prostorsko gradientno magnetno polje 4 000 gauss/cm (40 T/m) (ekstrapolirano) ali manj,
- največja vrednost povprečne specifične hitrosti absorpcije (SAR – specific absorption rate) za celotno telo, navedena za MR-sistem, znaša 4 W/kg za 15 minut slikanja (1). za pulzno zaporedje) v načinu delovanja kontrolljenega sistema pri ravni stopnje,
- pri pogojih slikanja, opredeljenih za Sipuhlo AOD1, ki vzrokujejo, da se bo po 15 minutah nepretrgnjenega slikanja (1). za pulzneem zaporedje) temperatura zvišala za najvel 2,9 °C.

INFORMACIJE O ARTEFAKTIH

V nekliničnih testiranjih se pri slikanju z uporabo gradientnega odmevnega pulznega zaporedja v magnetnoresonančnem sistemu s 3 tesla oškovni artefakt, ki ga povzroči Sipuhla AOD1, razširi približno 10 mm od Sipuhle AOD1.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

SE

AtriClip™ LAA sistem za isključivanje sa unapred postavljenim Gillinov-Cosgrove™ klipom

OPIS

AtriClip LAA sistem za eskluziju sadrži Gillinov-Cosgrove LAA klip (klip) za otvorenu okluziju aurikule levo sćane perikoome (LAA). Klip je unapred postavljen na aplikator klipa za jednokratnu upotrebu. AtriClip LAA sistem za eskluziju sa unapred postavljenim Gillinov-Cosgrove klipom ne sadrži komponente od lateksa od prirodne gume.

ATRICLIP LAA SISTEM ZA EKSKLUZIJU

NAZIVI (POGLEDAJTE SLIKU 1)

1. Ručka
2. Poluga za aktiviranje
3. Okidač za otpuštanje poluge
4. Prihvatnica
5. Gillinov–Cosgrove LAA klip
6. Čeljusti za otvaranje klipa
7. Otvorina
8. Zgibo za savijanje gore–dolе
9. Zgibo za savijanje levo–desno
10. Zgibona brava
11. Jezičak za postavljanje

⚠ **OPREZ: PRE UPOTREBE PROIZVODA DETALJNO PROČITATI SLEDEĆE INFORMACIJE**

VAŽNO!

Ova brošura je namenjena da pruži pomoć pri uporabi ovog proizvoda. Ne predstavlja referenca za kirurške tehnike.

INDIKACIJE ZA UPOTREBU

AtriClip LAA sistem za eskluziju indikovan je za okluziju aurikule levo sćane perikoome.

KONTRAINDIKACIJE

1. Nemojte koristiti ovaj uređaj kao kontraceptivno sredstvo za okluziju tubova.
2. Nemojte koristiti ovo sredstvo ako pacijent ima poznatu alergiju na nitinol (legura nikla i titana).

⚠ **UPOZORENJA** ⚠

Nemojte pokušavati da repozicioniraste ili uklonite klip nakon postavljanja. To može dovesti do oštećenja ili cepanja tkiva.

Koristite ove sredstvo samo u skladu sa njegovom namenom.

Nemojte koristiti na tkivu koje, prema mišljenju hirurga, ne bi mogao da podnese konvencionalne materijale za šavove ili komercionalne tehnike sćavanja (kao što su hirurške kopčе).

Pre postavljanja klipa pažljivo procenite poleđinu klipa, debljinu tkiva i širinu tkiva.

Da biste odredili odgovarajuću veličinu klipa, pogledajte uputstvo za upotrebu u vodiču za izbor Gcogrove-Gillinov klipa. Izbor pogrešne veličine ili pogrešno postavljanje klipa može dovesti do: traume tkiva, dehiscencije, cepanja tkiva, pomeranja i ili odsustva žetjene hemostaze.

Nemojte koristiti na aurikuli levo sćane perikoome koja je manja od 29 mm širine i 1,0 mm debljine ćiba.

Nemojte koristiti na aurikuli levo sćane perikoome koja je veća od 50 mm kada tkivo nije kompromisano.

Nemojte koristiti ovo sredstvo ako je pacijent osetljiv na nikl (legura nikla i titana).

⚠ **MERE PREDOSTROŽNOSTI**

1. Pažljivo pročitajte sva uputstva AtriClip LAA sistem za eskluziju. Nepridržavanje uputstava može dovesti do nepravilnog rada sredstva.
2. Upotrebu sredstva treba da se organizuje u odgovarajuće obučene i kvalifikovane zdravstvene radnike.
3. Imajte u vidu da uslovi pojedinačnih tehnika lekara i anatomije pacijenta može dovesti do razlika u određenim procedurama.
4. Vodite računa da ne ispustite ili bacite sredstvo jer ga na taj način možete oštetiti. Nemojte koristiti sredstvo ako je ispuštено. Zamenite ga novim sredstvom.
5. NE STERILIŠITE ZNOVA. Sistem za izključivanje LAA AtriClip je na raspolaganju STERILAN i namenjen je isključivo za JEDNOKRATNU upotrebu. Vlaćenjem sterilizacija može dovesti do gubitka funkcije sredstva ili pojave pacijenta.
6. Pažljivo razmotrite sve prethodnjke lečenja kojim je pacijent mećda bio podvrgnut i izaberite odgovarajući klip u skladu sa tim. Preoperativna radioterapija može dovesti do promene na tkivu. One promene mogu, na primer, da dovedu do toga da debljina tkiva premaši navedeni opseg za izabranu veličinu klipa.
7. Nemojte menjati ovaj instrument. Upotreba izmenjenog sredstva može dovesti do nepravilne funkcije instrumenta. Kompanija AtriCure, Inc. ne daje nikakve tvrdnje niti izjave o setu karakteristikama performansi ovog proizvoda u slučaju menjanja AtriClip LAA sistema za eskluziju.
8. Remajte uvrtati ili prekomerno savijati pomoćne ručke jer to može ućutati na performanse sredstva.
9. Evakuišite tromb iz aurikule levo sćane perikoome pre aplikacije klipa kao i kod drugih konvencionalnih hirurških tehnika uklanjanja aurikule levo sćane perikoome. Procena prisustva trombe treba izvršiti pa nahođenju hirurga i u slučaju sa standardom nege.
10. Pozicioniraje i postavite klip pod direktnom vizualizacijom. Loša vizualizacija može dovesti do suboptimalnog plasiranja.
11. Potvrdite se da ćo manje nakupite aurikulem levo sćane perikoome i klipom kadon postavljanja klipa.
12. Preporučuje se postavljanje klipa na suvo polje.
13. Nemojte koristiti klip na temperaturama ispod 20 °C. Aplikacija klipa na temperaturama ispod 20 °C može uticati na performanse sredstva.
14. Nemojte pokušavati da savijete prihvatnica u zaključanom položaju. Primena sile u zaključanom položaju može dovesti do oštećenja sredstva.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Veličinu klipa treba odrediti prema procenu hirurga i uz pomoć vodića za izbor Gillinov-Cosgrove klipa.

IZBOR KLIPA

1. Koristite priručnik za izbor Gillinov-Cosgrove klipa LAA AtriClip (klip) za otvorenu okluziju aurikule levo sćane perikoome (**pogledajte slika 2**). Veličine klipa navedene su na pakovanju uređaja.

Veličina klipa	LAA raspon veličina
35 mm	29–35 mm
40 mm	34–40 mm
45 mm	39–45 mm
50 mm	44–50 mm

2. Koristeći sterilnu tehniku uklonite AtriClip sistem za eskluziju aurikule levo sćane perikoome iz pakovanja.
3. Pomoću poluge za aktiviranje na ručki pažljivo otvorite i zatvorite klip da biste obezbedili ispravno funkcionisanje.

⚠ **Oprez:** Nemojte otvarati i zatvarati klip više od 3 puta pomoću za aktiviranje pri postavljanju.

ZGLOBNA PRIHVATNICA

4. Pritiskom i povlačenjem zgloba brave (10) unazad (proksimalno), prihvatnica (4) AtriClip LAA sistema za eskluziju može se nežno savijati gore–dole i bočno pomoću zidnih poluga ili pritiskom na prihvatnicu. Klip (5) i prihvatnica (4) se mogu savijati za 30° ulevo ili udesno i za 30° nagore ili nadole da omogućuju u skladu sa anatomskim varijacija pacijenta (**pogledajte slika 3**).
5. Da biste zaključali prihvatnicu (4) na određenom položaju, gurnite zgloba brave (10) naprad.

POZICIONIRANJE KLIPA

6. Dovedite AtriClip LAA sistem za eskluziju u cilnu ravan za disekciju (**pogledajte slika 4**).
7. Pažljivo otvorite klip otvaranjem ručke za aktiviranje (2).

NAPOMENA: Klip se automatski zaključava u potpuno otvorenom položaju pomoću okidača zaključavanja na ručki uređaja. Brava se može deaktivirati pritiskom na okidač za otpuštanje poluge (3).

8. Orijentišite aplikator klipa za unapred postavljenim klipom u vh aurikule levo sćane perikoome tako da petlje na krajevima klipa budu usmerene dalje od aurikule levo sćane perikoome.
9. Pažljivo pozicionirajte klip na osnovu aurikule levo sćane perikoome (**pogledajte slika 5**).
10. Pozicionirajte klip na način koji omogućava jasnu vizualizaciju vih tkiva kojima se pristupa.
11. Ćnk je klip jal pričvršćen na zemlju za postavljanje, nežno ućuma da okolne strukture ne ometaju klip i da ih klip ne oštećuje, kao i da je klip pravilno postavljen.
12. Ako klip nije pravilno postavljen, pažljivo otvorite klip i repozicionirajte ga po potrebi.
13. Nakon pravilnog postavljanja klipa, ućuvajte polugu za aktiviranje (2), pritisnite okidač za otpuštanje poluge (3) i polako otpuštajte poluge za aktiviranje kako biste omogućili klipu da se zatvori.

POSTAVLJANJE

14. Postavite klip pažljivo povlačeći jezičak za postavljanje (11) na proksimalnom kraju ručke. NAPOMENA: Jezičak za postavljanje (11) sa izolčnim kablovima može se potpuno ukloniti sa kraja ručke (**pogledajte slika 6**).
15. Otključajte pokretanje jezičak za postavljanje i pažljivo ga uklonite iz aurikule levo sćane perikoome ostavljajući klip i sve za pričvršćivanje na (**pogledajte slika 7**).

⚠ **Oprez:** Nakon povlačenja jezička za postavljanje, AtriClip LAA sistem za eskluziju ne može da se koristi za repozicioniranje klipa.

16. Odbacite sredstvo za postavljanje nakon upotrebe. Slušite lokalne propise i planove za reciklažu, koji se odnose na odlaganje ili reciklažu komponenti sredstva.

POVRAT KORIŠĆENOG PROIZVODA

Ako se iz bilo kog razloga ovaj proizvod mora vratiti kompaniji AtriCure, Inc. pre slanja potrebno je da budete brzi ovlašćenja za povrat robe (RGA) od kompanije AtriCure, Inc. Ako je proizvod bio u kontaktu sa krvlju ili telesnim tečnostima, mora se pre pakovanja temeljno očistiti i dezinfikovati. Treba ga pakovati u originalnom kartonu ili ekvivalentnom kartonu da bi se sprečio oštećenje tokom transporta i mora se pravilno označiti brojem RGA i oznakom za biološki opasan sadržaj pošiljke. Uputstva za čišćenje i materijale, uključujući odgovarajuće transportne kontejnere, odgovarajuće oznake i broj RGA, mogu se dobiti od kompanije AtriCure, Inc.

IZJAVE O ODRICANJU OD ODGOVORNOSTI

Korisnici preuzimaju odgovornost za odobravanje prihvatljivog stanja ovog proizvoda pre njegove upotrebe i za osiguravanje da se proizvod koristi samo na način navedeno u ovom uputstvu za upotrebu, uključujući, između ostalog, osiguravanje da se proizvod ne koristi više puta.

Kompanija AtriCure, Inc. ni pod kojim okolnostima neće biti odgovorna za bilo koji slučajni, posebni ili posledični gubitak, štetu ili troškove koji su posledica namerne zloupotrebe ili višekratne upotrebe ovog proizvoda, uključujući bilo koji gubitak, oštećenje ili troškove koji su povezani sa telesnom povredom ili oštećenjem imovine.

INFORMACIJE O RUKOVANJU: GILLINOV-COSGROVE LAA KLIP

BEZBEDNOSNE INFORMACIJE U VEZI SA MR

Uslovno bezbedno za MR

Neklinička testiranje pokazuje je da je klip sredstva AOD1 (sredstva za anularnu okluziju) uslovno bezbedno za MR. Pacijent sa ovim sredstvom može bezbedno da se snima pomoću MR sistema odmah nakon plasiranja, pod sledećim uslovima:

- Statičko magnetno polje od 1,5 Tesle i 3 Tesle, isključivo
- Maksimalno magnetno polje prostornog gradijenta od 4 000 gauss/cm (40 T/m) (ekstrapolirano) ili manje
- Maksimalni specifični koeficijent apsorpcije (SAR) upresećen za celo telo, prijavljen za MR sistem, od 4 W/kg za 15 minuta skeniranja (1). po sekvenci impulsa) u kontrolisanom operativnom režimu prosečnog MR sistema
- Pod uslovima skeniranja definisanim za AOD1 klip, očekuje povećanje maksimalnog povećanja temperature od 2,9 °C nakon 15 minuta neprekidnog skeniranja (1). po sekvenci impulsa).

INFORMACIJE O ARTEFAKTIMA

U neklničkim ispitivanjima, artefakti slike uzrokovan AOD1 klipom širi se približno 10 mm od AOD1 klipa kada se snimi pomoću sekvence impulsa gradijentnog eha i MR sistema od 3 Tesle.

INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING

SV

AtriClip™ LAA Exclusion System med integrerad Gillinov-Cosgrove™-klämma

BESKRIVNING

AtriClip LAA Exclusion System innehåller Gillinov-Cosgrove LAA-klämman (klämma) för öppen förslutning av vänster hjärtöra (LAA). Klämman är integrerad i applikatorn för engångsklämman.. AtriClip LAA Exclusion System med förladdat Gillinov-Cosgrove-klämma innehåller inte komponenter av naturgummilatex.

ATRICLIP LAA EXCLUSION SYSTEM

NOMENKLATUR (SE FIGUR 1)

1. Handtag
2. Aktiveringsspak
3. Utlösare för frigörande av spak
4. Sluteffektor
5. Gillinov–Cosgrove LAA-klämma
6. Klämmans öppningsskänkar
7. Axel
8. Artikulation upp/ner
9. Högen/vänster artikulation
10. Artikulationslås
11. Distributionsflik

⚠ **VARNING: LÄS FÖLJANDE INFORMATION NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN**

VIKTIGT!

Denna broschyr är utformad för att underlätta användningen av denna produkt. Det är inte en hänvisning till kirurgiska tekniker.

INDIKATION FÖR ANVÄNDNING

AtriClip LAA Exclusion System avsänds för förslutning av vänster hjärtöra.

KONTRAINDIKATIONER

1. Använd inte enheten som en förebyggande tubarocklusionsenhet.
2. Använd inte denna apparat om patienten har en känd allergi mot nitinol (nickel titanlegering).

⚠ **VARNINGAR** ⚠

Försök inte att flytta eller ta bort klämman efter distributionen. Detta kan resultera i vävnadsskada eller revor.

Använd endast den här enheten enligt avsiningsarna.

Använd inte på vävnad som enligt kirurgen inte skulle kunna tolerera konventionella suturmaterial eller konventionella sårangränsningstekniker (t.ex. kirurgisk häftning).

Utvärdera klämmans position noga, vävnadstjocklek och vävnadsbredd innan du använder klämman. För att bestämma lämplig klämstorlek, se beskrivningen för Gillinov-Cosgrove Selection Guide. Underlåtenhet att storleksanpassa eller placera klämman kan resultera i vävnadstrauma, ödelägging, trasig vävnad, förkvarstning och/eller brist på ökad hemostas.

Använd inte på en LAA mindre än 29 mm i bredd och 1,0 mm väggtjocklek.

Använd inte på en LAA större än 50 mm på okompromiserad vävnad.

Använd inte denna apparat om patienten har känslighet för nickel (nickel titanlegering).

⚠ **FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER**

1. Läs alla instruktioner noggrant för AtriClip LAA Exclusion System. Underlåtenhet att korrekt följa instruktionerna kan resultera i felaktig funktion av enheten.
2. Användning av enheten bör begränsas till korrekt utbildad och kvalificerad medicinsk personal.
3. Observera att variationer i specifika procedurer kan förekomma på grund av individuella läkartekniker och patientens anatomi.
4. Tappa eller slänga inte enheten eftersom det kan orsaka skada på enheten. Om enheten tappas får den inte användas. Ersätt med en ny enhet.
5. OMSTERILISERA INTE. AtriClip LAA Exclusion System tillhandahålls STERILT och är ENDAST avsett för engångsbruk. Omsterilisering kan orsaka fiskart av funktion eller skada på patienten.
6. Övervaka noggrant eventuell preikirurgisk behandling som patienten kan ha genomgått och i motsvarande val av klämstorlek. Preoperativ strålbehandling kan resultera i vävnadsförändringar. Dessa ändringar kan till exempel orsaka att vävnadstjockleken överstiger det angivna intervallet för den valda klämstorleken.
7. Ändra inte detta instrument. Användning av en modifierad apparat kan resultera i felaktig instrumentfunktion. AtriCure, Inc. gör inga anspråk eller representation vad gäller produktens prestandaegenskaper om några ändringar har gjorts i AtriClip LAA Exclusion System.
8. Vrid eller böj inte axeln eftersom detta kan påverka enhetens prestanda.
9. Evakuera blodproppe från LAA innan applicering av klämman som med andra konventionella LAA exklusionskirurgiska tekniker. Utvärdering av förekomst av blodproppe bör göras per kirurgens gottfinnande och vårdstandard.
10. Placera och distribuera klämman under direkt visualisering. Dålig visualisering kan resultera i suboptimal placering.
11. Var noga med att minimera manipulering av LAA och klämman efter klämdistribution.
12. Vi rekommenderar att klippet placeras i ett torrt fält.
13. Använd inte klämmare i temperaturer under 20 °C. Applicering av klämman i temperaturer under 20 °C kan påverka enhetens prestanda.
14. Försök inte att vrida sluteffektorn i läst läge. Kraft som används i läst läge kan orsaka skador på enheten.

INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING

Klämgrens bestämmas, med hjälp av Gillinov-Cosgrove Selection Guide, bör avgöra vilken klämstorlek som ska tillämpas.

VAL AV KLÄMMA

1. Använd Gillinov-Cosgrove Selection Guide, för att bestämma rätt val av Gillinov-Cosgrove LAA-klämma (**Se Figur 2**). Klämstorlekar finns i enhetspaketet.

Klämstorlek	LAA storleksintervall
35 mm	29 – 35 mm
40 mm	34 – 40 mm
45 mm	39 – 45 mm
50 mm	44 – 50 mm

2. Använd steril teknik och ta bort AtriClip LAA Exclusion System från förpackningen.
3. Använd aktiveringsspaken på handtaget för att försiktigt öppna och stänga klämman för att säkerställa korrekt funktion.

⚠ **Varningar:** Öppna och stäng inte klämman mer än 3 gånger med aktiveringsspaken före distribution.

ARTIKULATION AV SLUTEFFEKTOR

4. Genom att trycka ner och dra Artikulationslåset (10) bakåt (proximalt) kan sluteffektorn (4) på AtriClip LAA-utesklämningssystem lätta böjas upp och ner och sidledes, antingen med artikulationsspakarna eller genom att trycka på slutefektorn. Klämmarna (5) och slutefektorn (4) kan vridas 30° åtsidor eller böjas i ring om 30° för att ta hänsyn till anatomiskpreferenser eller variationer i patientens anatomi (**Se Figur 3**).
5. För att låsa slutefektorn (4) i läge, tryckn du artikulationslåset (10) framåt.

PLACERING AV KLÄMMA

6. Manövrera AtriClip LAA Exclusion System till det riktade disekeringsplanet (**Se Figur 4**).
7. Öppna försiktigt klämman genom att klämma på aktiveringsspaken (2).

OBS! Klämman kan låsas automatiskt i läget när det hålls av en låsutlösare i enhetens handtag. Låset kan lossas genom att trycka på Utlösare för frigörande av spak (3).

8. Rikta klämapplikatorn med förinstallerad klämma på spetsen av LAA med slingorna i ändarna av klippet riktade bort från LAA.
9. Placera försiktigt klämman vid basen av LAA (**Se Figur 5**).
10. Placera klämman på ett sätt som ger tydlig visualisering av alla vävnader som ämnids.
11. När klämman f

AtriCure®

CE 2797

THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK